Supplementary information

Table S1. Mobile phase gradient used in amino acid separation by HPLC-DAD.

Time (min)	*%Solvent A*	*%Solvent B*	*%Solvent C*
0	*7,8*	*87,0*	*5,2*
11	*11,1*	*81,6*	*7,4*
21	*19,2*	*68,0*	*12,8*
41	*60,0*	*0,0*	*40,0*
41,5	*7,8*	*87,0*	*5,2*
51	*7,8*	*87,0*	*5,2*