# MASS SPECTROMETRY REPORT




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sample Description | | Instrument | Agilent-6125B | | |
| Analyzed date: | 2023-04-25 | Probe: | ESI | Probe Bias: | ＋4.5kv |
| Analyst: | YU | Nebulizer Gas Flow: | 1.5L/min | Detector: | 1.5kv |
| Sample: | YTa | CDL: | -20.0v | T. Flow: | 0.2ml/min |
| M.W.: | 1920.07 | CDL Temp.: | 250 °C | B. Conc.: | 50%H2O/50%ACN |
| Lot. No.: | P230328-SJ1067170 | Block Temp.: | 200 °C | | |