Table S1: MRI sequence settings used throughout the study

Sequence	FOV (mm)	TR (ms)	TE (ms)	Matrix	Slice thickness (mm)
T1 sagittal	320 × 320	691	11	320 × 320	4
T1 transverse	240 × 240	729	10	256 × 256	4
T1 sagittal fat saturation	320 × 320	550	11	320 × 320	4
T1 transverse fat saturation	240 × 240	505	10	256 × 256	4
T2 TIRM sagittal	320 × 320	5350	86	320 × 320	4

FOV, field of view; TE, echo time; TR, repetition time.