Table S1. DNA quality (DIN) and quantity ([ ]) evaluation in cell lines samples at different fixation time points (1, 7, 14 and 40 days) and serial dilutions (1:5, 1:10 and 1:20) with 4200 TapeStation® Platform (Agilent).

Fixative type	Serial diluition	1 day evaluation		7 days evaluation		14 days evaluation		40 days evaluation	
	Hela:C33A	DIN	[ ]	DIN	[ ]	DIN	[ ]	DIN	[ ]
Preservcyt®	1:5	2,9	7,7	4,8	17,9	2,9	12,5	3,7	15,8
	1:10	2,2	8,5	4,7	13,2	2,7	13,7	3,8	10,3
	1:20	2,1	5,9	3,4	10,6	3,0	8,5	2,9	4,7
Cytopath®	1:5	6,3	6,3	6,3	8,8	6,5	15,9	6,3	5,7
	1:10	5,8	5,3	7,2	4,6	6,9	9,2	6,8	4,4
	1:20	6,4	3,9	6,6	6,8	6,5	7,9	6,2	4,6