Table S1 - Linearity, LOD, and LOQ of the chromatographic method for the determination of Standards

Standards	Range, mg/L	R^2	LOD, mg/L	LOQ, mg/L
Procyanidin B1	0-500	0.9996	0.05	0.098
Gallic acid	0-500	0.9994	0.01	0.022
Procyanidin B2	0-500	0.9991	0.05	0.083
(+)-catechin	0-500	0.9993	0.05	0.186
(-)-epicatechin	0-500	0.9997	0.05	0.062
4-hydroxybenzoic acid	0-500	0.9996	0.02	0.054
Syringic acid	0-500	0.9997	0.01	0.027
p-coumaric acid	0-500	0.9995	0.01	0.025
Quercetin	0-500	0.9995	0.08	0.150